

Piekary Śląskie 04.05.2017r.

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Sekcja d/s zamówień publicznych
Znak sprawy: SZP.270-26/17

.....
.....
.....

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Dostawa implantów do artroskopii wraz z dzierżawą wieży artroskopowej
Numer ogłoszenia: 2017/S 068-127966; data zamieszczenia: 06/04/2017r.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, do niniejszego postępowania, wpłynęły wnioski o wyjaśnienia zapisów siwz, na które zamawiający poniżej odpowiada:

PYTANIE NR 1

dotyczy Załącznik nr 2

„Czy Zamawiający w Załączniku 2 dopuści zamiast mocowania opisanego:

- w Punkcie 2 mocowanie udowe - system niewchłaniający wykonany z PEEK, zapewniający rozdzielenie pęczków AM i PL przeszczepu w jednym tunelu, mocowanie rozporowe, maksymalnie blisko linii stawu, średnicy 9-11mm, długość 29mm.
- w Punkcie 9 - guzik tytanowy o średnicy 10 mm z czterema otworami.?”

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

MODYFIKACJE:


Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje siwz w następujący sposób:

1. W siwz w cz. X Składanie i otwarcie ofert i procedura wyboru oferty: zapisy „18.05.2017” zastępuje się zapisami „22.05.2017”

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia modyfikacji w ofercie przedłużeniu do dnia 22.05.2017 ulega termin składania i otwarcia ofert. Godziny pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA
d/s ekonomiczno-administracyjnych


mgr Łukasz Pudlik