

Samodzielny Publiczny  
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej  
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich  
ul. Bytomska 62  
41-940 Piekary Śląskie  
Sekcja d/s zamówień publicznych  
Znak sprawy: SZP.270-38/2018

.....  
.....  
.....

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  
Dostawy pasków do badań moczu wraz z dzierżawą czytnika  
**Ogłoszenie nr 639103-N-2018 z dnia 2018-10-23r.**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, do niniejszego postępowania, wpłynęły wnioski o wyjaśnienia zapisów siwz, na które zamawiający poniżej odpowiada:

**PYTANIE NR 1**

Dotyczy oceny funkcjonalności: Czy w celu uzyskania 10 punktów w kryterium "odczyt klarowności moczu" oferowany analizator musi automatycznie oznaczać klarowność moczu, czy też wystarczy możliwość odczytu informacji o klarowności moczu za pomocą skanera kodów kreskowych i dołączonej karty kodów kreskowych przypisanych do stopni klarowności ?

**Odpowiedź:**

W celu uzyskania 10 punktów w kryterium „odczyt klarowności moczu” oferowany analizator musi automatycznie oznaczać klarowność moczu.

**PYTANIE NR 2**

W celu prawidłowego określenia ceny oferty prosimy o informację do jakiego systemu informatycznego LIS ma być podłączony oferowany analizator oraz o podanie danych kontaktowych firmy administratora systemu LIS.

**Odpowiedź:**

Na terenie ZDL funkcjonuje LIS - KS-SOLAB firmy KAMSOF. Administratorem systemu LIS jest firma KAMSOF.

**PYTANIE NR 3**

W punkcie 19 Zamawiający wyspecyfikował jednokierunkową lub dwukierunkową komunikację z systemem LIS. Prosimy Zamawiającego o nazwę sieci informatycznej lub osobę do kontaktu w sprawie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.

**Odpowiedź:**

Na terenie ZDL funkcjonuje LIS - KS-SOLAB firmy KAMSOF. Administratorem systemu LIS jest firma KAMSOF.

**PYTANIE NR 4**

**dotyczy Parametry wymagane dotyczące analizatora moczu**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy wymaga analizatora, który automatycznie określa barwę moczu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga analizatora, który automatycznie określa barwę moczu.

**PYTANIE NR 5**

**dotyczy Parametry wymagane dotyczące analizatora moczu**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopisanie parametru ocenianego, jakim jest możliwość programowania harmonogramu QC wraz z blokadą wykonywania badań, jeżeli QC nie została wykonana lub jest poza dopuszczalnym zakresem normy? Taka funkcjonalność aparatu, zapewni Zamawiającemu ustalenie jak często, w jakich odstępach czasu ma być przeprowadzana kontrola jakości oraz pozwoli zastosować reguły, dzięki którym jeśli aparat nie przejdzie poprawnie kontroli jakości, wykonywanie badań będzie zablokowane do czasu usunięcia problemu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga jak w siwz.**

#### **PYTANIE NR 6**

##### **dotyczy Parametry wymagane dotyczące analizatora moczu**

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego, czy wymaga analizatora który automatycznie rozpoznaje rodzaj zastosowanego paska, dzięki czemu Zamawiający nie musi wybierać rodzaju paska z listy przed rozpoczęciem pracy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga jak w siwz.**

#### **PYTANIE NR 7**

##### **dotyczy Parametry wymagane dotyczące analizatora moczu**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopisanie parametru ocenianego, jakim jest weryfikacja zawilgocenie pasków przez aparat? Często złą praktyką spotykaną w laboratoriach, jest otwieranie tuby z paskami przed rozpoczęciem pracy, i paski pozostają cały czas otwarte podczas prawie 4 godzinnego wykonywania badań na aparacie do moczu. Paski w tym czasie chłoną wilgoć z powietrza, co wpływa na fałszywie dodatnie wyniki białka oraz leukocytów. Wbudowany pochłaniacz wilgoci w postaci saszetki z osuszaczem lub zintegrowany w zamknięcie tuby, nie spełnia tutaj swojej funkcji. Oferowane przez nas rozwiązanie, działa na zasadzie specjalnego pola na każdym pasku testowym, które zmienia swoje zabarwienie po ekspozycji na wilgoć. Użycie takiego paska, wywołuje alarm na aparacie, który mówi nam o ekspozycji na wilgoć oraz nie dopuszcza do interpretacji pól testowych. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopisanie parametru ocenianego jakim jest podwójny system zabezpieczenia przed wilgocią w postaci osuszacza oraz wskaźnika zawilgocenia na pasku, który jest wykrywany przez analizator.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga jak w siwz.**

#### **PYTANIE NR 8**

##### **dotyczy Parametry wymagane dotyczące analizatora moczu**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopisanie parametru ocenianego, jakim jest możliwość pracy analizatora bez LIS wraz z kompletnym wydrukiem wyniku: parametry fizyko-chemiczne i ocena mikroskopowa osadu moczu wraz z danymi identyfikacyjnymi próbki. Taka funkcjonalność zapewni Zamawiającemu możliwość dalszej pracy na aparacie i wydanie kompleksowego ostatecznego wyniku, nawet w sytuacji kiedy z jakiegoś powodu nie ma połączenia z systemem informatycznym LIS lub kiedy system informatyczny nie działa, np. z powodu awarii zasilania.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga jak w siwz.**

#### **MODYFIKACJE:**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1. W Siwz w pkt . 13 zapisy :

„13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Miejsce i termin składania ofert:

a) miejsce składania ofert: sekretariat zamawiającego na w budynku administracji, przy ul. Bytomska 62

w Piekarach Śląskich,

b) termin składania ofert: do dnia **02/11/2018 r., do godz. 09:00.**

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) miejsce otwarcia ofert: biblioteka zamawiającego na w budynku administracji, przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich,

b) termin otwarcia ofert: w dniu **02/11/2018 r., do godz. 09:30."**

**Zastępuje się zapisami „13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

13.1. Miejsce i termin składania ofert:

a) miejsce składania ofert: sekretariat zamawiającego na w budynku administracji, przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich,

b) termin składania ofert: do dnia **08/11/2018 r., do godz. 09:00.**

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:


a) miejsce otwarcia ofert: biblioteka zamawiającego na w budynku administracji, przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich,

b) termin otwarcia ofert: w dniu **08/11/2018 r., do godz. 09:30."**

**2. W Załączniku nr 2 do siwz w §4 dodaje się ust. 11 o brzmieniu „11. W związku z faktem iż realizacja umowy może się wiązać z dostępem do danych osobowych pacjentów Zamawiającego, Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – warunki powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji umowy, określi odrębna umowa powierzenia, stanowiąca załącznik do umowy."**

**W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia zmian w ofertach zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 08.11.2018. Godziny pozostają bez zmian.**

Z poważaniem



Kierownik Sekcji  
ds. Zamówień Publicznych  
mgr Adam Pietrzyk